a | 〒135-0063　東京都江東区有明 3-5-7　TOC 有明ウエストタワー
o | 03 – 6745 – 4704
f | 03 – 5530 – 2460
w | ls.beckmancoulter.co.jp

2018 年　8 月

お客様各位

ベックマン・コールター株式会社
ライフサイエンス事業部　マーケティング本部
本部長　阪田　祐一

レーザー回折・散乱法　粒度分布測定装置
標準粒子 LS コントロール G15（P/N 7800370）素材変更と装置の設定変更について

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、レーザー回折・散乱法粒度分布測定装置 LS シリーズ用標準粒子 LS コントロール G15 は、Lot#9370027F から下記の通り、ガーネットから炭化ケイ素（SiC, Silicon Carbide）への素材変更を行いました。新素材におきましても、今までと同様のアッセイ値をもつ標準粒子となっている事に加え、ガーネットでみられる幅広い粒度分布と比較し、よりシャープな粒度分布を持った標準粒子となります。

新素材と旧素材では、屈折率が異なります。お手数をお掛け致しますが、新しい光学モデルを作成頂き、装置の設定を変更頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

	新素材	旧素材
素材	炭化ケイ素	ガーネット
内容量、本数	0.5 g、10 本	0.5 g、10 本
屈折率（実数部、虚数部）	2.65、0	1.8、0.3
密度	3.2 g / cc	3.5–3.9 g / cc

以上

お問い合わせ先	ベックマン・コールター株式会社　お客様サポートセンター
	0120-566-730 または 03-6745-4704
	電話受付時間 9:00～17:30 （土・日・祝日・その他休業日を除く）